lv

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

ULTRASTOP LĪDZEKLIS PRET AIZSVĪDUMU

15 ml aerosols
25 ml pudelīte ar pipeti

ĪPAŠĪBAS

ULTRASTOP līdzeklis pret aizsvīdumu ir dzidrs, bezkrāsainas šķidrums, kas satur virsmaktīvo vielu kombināciju spirta un ūdens matricas struktūrā (etanols, attīrīts ūdens, < 5 % virsmaktīvas vielas).
Medicīniska ierīce ir pieejams tirdzniecības formas:

- ULTRASTOP līdzeklis pret aizsvīdumu, 15 ml aerosols
- ULTRASTOP līdzeklis pret aizsvīdumu, 25 ml pudelīte ar pipeti

IZMANTOŠANAS MĒRĶIS

ULTRASTOP ir līdzeklis pret aizsvīdumu medicīniskiem optiskajiem instrumentiem.
Virsmaktīvo vielu īpašā kombinācija uz apstrādājamajām virsmām izveido dzidru un caurspīdīgu slāni. Šī īpaši plānā plēve nodrošina, ka tiek novērsta kondensāta tvaika izraisītu pilienu veidošanās un attiecīgi arī novērš virsmu aizsvīšanu.
ULTRASTOP var izmantot arī, lai samazinātu optisko briļļu vai medicīnisko aizsargbriļļu aizsvīšanu medicīnisko izmeklējumu vai ķirurģiskas iejaukšanās laikā.

PIELIETOJUMA JOMAS

ULTRASTOP līdzeklis pret aizsvīdumu medicīniskiem izmeklējumu spoguļiem un medicīniskiem optiskajiem instrumentiem, ar kuriem nav jārīkojas stingri aseptiski. Lietošanas ilgums parasti ir mazāks par 60 minūtēm.
ULTRASTOP līdzeklis pret aizsvīdumu ir piemērots:

- medicīniskajiem izmeklējumu spoguļiem (piem., Larynx un Epipharynx spoguļiem un dentālajiem spoguļiem) un endoskopu lēcām (it īpaši otolaringoloģijā, kā arī spoguļiem kolonoskopijā);
- optiskajām brillēm un medicīniskajām aizsargbrillēm;
- mikroskopu un citu medicīnisko optisko instrumentu lēcām un spoguļiem.

IZMANTOŠANAS NORĀDES

Ultrastop līdzeklis pret aizsvīdumu ir paredzēts lietošanai medicīnas darbiniekiem.

- **Šķīduma uzklāšana**

Nelielu daudzumu ULTRASTOP līdzekļa pret aizsvīdumu tieši vai, izmantojot ULTRASTOP samitrinātu bezplūksnu drānu, vienmērīgi uzklājiet uz sausas, tīras virsmas. Ļaujiet līdzeklim īsu brīdi iedarboties un pēc izgarošanas vajadzības gadījumā noslaukiet ar sausu, tīru bezplūksnu drānu.
Pareizi izmantojot, ULTRASTOP līdzeklis pret aizsvīdumu nesmērējas; tomēr, uzklājot pārāk biezā slānī, virsma var šķist nedaudz duļķaina. Tādā gadījumā ieteicams notīrīt virsmu ar destilētu ūdeni un atkārtoti apstrādāt virsmu, kā norādīts iepriekš.

- **Iedarbības ilgums un lietošanas daudzums**

Šķīduma iedarbības ilgums ir atkarīgs no izmantotajām iekārtām, izmeklējamā ķermeņa dobuma, lēcas notraipīšanas iespējām, un tādēļ var būt ļoti atšķirīgs. Ievērojot iepriekš minētās izmantošanas norādes, šķīdumu var pielietot tik bieži, cik tas nepieciešams medicīniskās iejaukšanās/izmeklējuma laikā.

ĪPAŠĀS NORĀDES DROŠAI IZMANTOŠANAI

- ULTRASTOP līdzeklis pret aizsvīdumu ir piemērots izmantošanai uz stikla un plastmasas virsmām. Ja uz šiem materiāliem jau ir pārklājums vai šaubāties par materiāla noturību, lūdzu, vērsieties pie attiecīgā apstrādājamā priekšmeta ražotāja vai tirdzniecības pārstāvja.
- ULTRASTOP līdzeklis pret aizsvīdumu satur augstprocentīgu spirtu (etanolu). Glabājiet atvērtās ULTRASTOP pudelītes vai ULTRASTOP samitrinātās drānas drošā attālumā no karstuma avotiem, lai nepieļautu šķīduma aizdegšanos.
- Pipetes komplekta iesūkšanas caurulīte (25 ml pudelīte ar pipeti) ir izgatavota no dabiskā kaučuka, kas jutīgām personām var izraisīt alerģiskas reakcijas.

ZIŅOŠANA PAR NOPIETNIEM GADĪJUMIEM

Par jebkādiem nopietniem gadījumiem, kas notikuši pēc līdzekļa pret aizsvīdumu ULTRASTOP izmantošanas, ziņojiet ražotājam (e-pasts: pms@mono.co.at), kā arī savai atbildīgajai iestādei:

Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Riga, 1003 – LV, Tālr.: (+371) 67078424, e-pasts: info@zva.gov.lv, Tīmekļa vietne: http://www.zva.gov.lv/

NORĀDĪJUMI PAR UZGLABĀŠANU

- Neglabāt temperatūrā, kas augstāka par 25 °C.
- Sargāt no gaismas!

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Atbilstoši uzglabājot, ULTRASTOP ir derīgs līdz datumam, kas norādīts uz kartona iepakojuma un uz etiķetes. Derīguma beigu termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Derīguma termiņš pēc atvēršanas:
Pēc pudelītes pirmreizējās atvēršanas šķīdums jāizlieto 8 nedēļu laikā.

CITA SVARĪGA INFORMĀCIJA

Uz pudeles etiķetes un uz salokāmās kastītes norādīto simbolu nozīme:

	Ražotājs		Pārdošana
MD	Medicīniska ierīce	REF	Preces numurs
LOT	Partijas apzīmējums		Izlietot līdz
25	Neglabāt temperatūrā, kas augstāka par 25 °C		Sargāt no gaismas
	Ievērojiet lietošanas instrukciju!		Uzmanību: skatīt “Īpašās norādes drošai izmantošanai”

Noskenējiet QR kodu, kas redzams uz kartona iepakojuma, lai skatītu lietošanas instrukciju šādās valodās: bg/cs/da/de/el/en/es/et/fi/fr/hr/hu/it/lt/lv/nl/pl/pt/ro/sk/sl/sv.

Ražotājs: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Vīne – AT

e-pasts: pms@mono.co.at

Pārdošana: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, Leystraße 129, 1200 Vīne – AT

Informācijas sniegšanas datums: 2021. gada oktobris

USTP-0025-BP-11